

Технические характеристики АКПЭ-01.01-01

Диапазон измерений массовой концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе 0-1,500 мг/л

Диапазон показаний 0-5,000 мг/л

Пределы абсолютной допускаемой погрешности, в диапазоне от 0 до 0,200 мг/л $\pm 0,020$ мг/л

Пределы относительной допускаемой погрешности, в диапазоне от 0,200 до 1,500 мг/л ± 10 %

Время подготовки к работе после включения при температуре окружающего воздуха $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$,
не более 10 мин.

Время измерения после отбора пробы, не более 5 сек.

Время подготовки к работе после измерения, не более 60 сек.

Энергопитание:

- от сети переменного тока напряжением, частотой (50 ± 1) Гц 220 ± 22 В

- от сети постоянного тока напряжением 12 ± 2 В

Потребляемая мощность, не более:

- в режиме прогрева 60 ВА

- в рабочем режиме 10 ВА

Габаритные размеры и вес в упаковке 1 упаковка размером 48 - 40 - 15,5 см и весом 10 кг